

## IFU












(Instruction for use)


### Brocas / Drills / Fresas

PORTUGUÊS

ENGLISH

ESPAÑOL

	FABRICANTE / MANUFACTURER / FABRICANTE
	DATA DE FABRICAÇÃO / DATE OF MANUFACTURE / FECHA DE FABRICACIÓN
	PRAZO DE VALIDADE / SHELF LIFE / PRAZO DE VALIDAD
	CÓDIGO DO PRODUTO / PRODUCT CODE / CÓDIGO DEL PRODUCTO
	NÚMERO DO LOTE / BATCH NUMBER / NUMERO DE PARTIDA
	CONSULTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO / REFER TO INSTRUCTIONS FOR USE / CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
	NÃO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA / DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED / NO LO UTILICE SI EL ENVOLTORIO ESTÁ DAÑADO
	NÃO REUTILIZAR / DO NOT REUSE / NO LO REUTILICE
	NÃO ESTÉRIL / NON-STERILE / NO ESTÉRIL
	TAMANHO DO PRODUTO / PRODUCT SIZE / TAMAÑO DEL PRODUCTO
	TEMPERATURA PARA AUTOCLAVAGEM / TEMPERATURE FOR AUTOCLAVAGE / TEMPERATURA PARA AUTOCLAVADO
<b>Mat.</b>	MATERIAL DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO / MATERIAL USED / MATERIAL DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO
<b>QTY</b>	QUANTIDADE / QUANTITY / CANTIDAD
<b>SAC</b>	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR / CUSTOMER SERVICE / SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR


 Fabricado por / Manufactured by / Fabricado por AllPrime Select Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda. – Avenida Prudente de Moraes, 948, CEP 13.309-300, Rancho Grande, Itu -SP - Brasil – CNPJ 02.551.718/0001-00 – Industria Brasileira / Brazilian Industry / Industria Brasileña – Responsável Técnico / Technical Manager / Responsable Técnico: Dr Adolfo Embacher - CRO15625/SP – ANVISA: 80089280027 Lote e data de fabricação: vide o rótulo / Batch and date of manufacture: see label / Partida y fecha de fabricación: véase la etiqueta.

Este produto foi concebido integrando conceitos clínicos, mecânicos e biológicos, sendo assim, para melhores resultados, deve ser utilizado somente com componentes associados originais de acordo com as instruções e recomendações da AllPrime Select.

Todos os procedimentos devem ser executados por profissionais habilitados como Implantodontistas, Periodontistas, Protésistas e Cirurgiões Buco Maxilo Facial.

## DESCRIÇÃO

As brocas cirúrgicas Diamond que compõem o kit cirúrgico AllPrime Select formam um conjunto de 8 brocas destinadas a perfurar o tecido ósseo para instalação do implante. Elas se apresentam em 2 modelos: A broca lança e as brocas helicoidais. A broca lança em sua extremidade ativa, possui ponta em formato de lança com alto poder de corte. Na outra extremidade a broca lança possui encaixe para contra ângulo. As brocas helicoidais escalonadas possuem em sua extremidade ativa um perfil cilíndrico e geometria de corte compatível com a macroestruturados implantes. Na ponta da extremidade ativa temos uma geometria cilíndrica menor, com o mesmo diâmetro da broca anterior, que serve de guia para a furação posterior. Na outra extremidade as brocas helicoidais também possuem o encaixe para contra ângulo. Todas as brocas possuem marcações a laser que determinam a profundidade da perfuração de acordo com os comprimentos dos implantes AllPrime Select (ver imagem abaixo). Em sua parte central, as brocas possuem um anel com diâmetro maior, que serve como batente mecânico do limitador de profundidade.



As brocas cirúrgicas Diamond recebem a aplicação de um fino revestimento em carbono biocompatível que confere coloração escura sobre a superfície cortante. Este filme tem como finalidades principais:

- Aumento da resistência à oxidação;
- Redução do atrito entre a broca e o osso;
- Aumento da resistência ao desgaste;
- Redução do calor gerado no osso durante a osteotomia;
- Otimização da visualização das marcações de altura;

As brocas cirúrgicas Diamond que compõem o kit cirúrgico AllPrime Select se apresentam conforme tabela abaixo:

Código de Venda Brocas	Modelo	Diâmetro da Furação	Protocolo Cirúrgico Ø Implante	
			Osso I e Osso II	Osso III e Osso IV
9780677	Broca Lança	2,0	2,5	---
9780678	Broca Helicoidal	2,5	3,0	---
9780679	Broca Helicoidal	2,8	---	3,3-3,5
9780680	Broca Helicoidal	3,2	3,3-3,5	---
9780681	Broca Helicoidal	3,5	---	4,0
9780682	Broca Helicoidal	3,8	4,0	---
9780683	Broca Helicoidal	4,5	---	5,0
9780684	Broca Helicoidal	4,8	5,0	---

A matéria prima utilizada para as brocas cirúrgicas Diamond é o aço cirúrgico inoxidável temperado, conforme norma ASTM F899.

## APLICAÇÃO

A broca Diamond lança é um instrumental utilizado para a demarcação e o rompimento da cortical óssea. As brocas Diamond helicoidais escalonadas são utilizadas para a perfuração óssea no preparo do alvéolo cirúrgico artificial para a instalação do implante. As brocas helicoidais também funcionam como brocas piloto, pois possuem na ponta da extremidade ativa, uma geometria cilíndrica menor, com o mesmo diâmetro da broca anterior, que serve de guia para a furação posterior. No final resultará em uma furação escalonada que terá uma loja cirúrgica adequada a macro geometria dos implantes AllPrime Select.

## CONTRAINDICAÇÕES

As brocas cirúrgicas Diamond não apresentam contra-indicações, desde que sejam utilizados corretamente para as finalidades indicadas.

## IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM) – INFORMAÇÕES

Estes produtos são fabricados em material metálico que pode ser afetado pela energia de RM.

Para mais informações, consulte “Informações de segurança | Ressonância Magnética (RM)” em <https://www.allprimedental.com>

## MANUSEIO

Uma vez esterilizada, a broca cirúrgica Diamond deverá ser utilizada atendendo todos os requisitos de biossegurança e assepsia cirúrgica.

Todos os procedimentos devem ser executados por profissionais habilitados e o manuseio do produto é inerente à formação do profissional que será responsável por utilizar os instrumentos da melhor forma possível, respeitando as indicações da AllPrime Select para cada instrumental.

Encaixe a broca no contra ângulo e especifique a rotação. Acione o motor e execute a perfuração na profundidade desejada.

Pontos importantes na perfuração óssea:

- Para minimizar o trauma cirúrgico, o que é fundamental para o sucesso da osseointegração do implante, a sequência de brocas deve ser respeitada, bem como a irrigação com soro fisiológico para refrigeração do osso. Consulte a sequência das brocas no catálogo AllPrime Select atualizado no site [www.allprimedental.com](http://www.allprimedental.com).
- Evite interromper a rotação do motor com a broca dentro da cavidade cirúrgica.

## HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO

As brocas cirúrgicas Diamond são reutilizáveis, fornecidas não estéreis e devem ser higienizadas e esterilizadas antes e depois de serem utilizadas, seguindo as recomendações do documento disponível no link abaixo:

[Manual de Limpeza do Kit Cirúrgico](#)

## FORMA DE APRESENTAÇÃO

As brocas cirúrgicas Diamond são acondicionadas individualmente em embalagem de papel cirúrgico tipo tyvek® e display de filme transparente. O instrumental sofre um processo de descontaminação que elimina qualquer tipo de sujidade, porém o processo de higienização, descrito acima, deve ser seguido logo na primeira utilização.

## PRECAUÇÕES

- Não utilizar se a embalagem estiver violada;
- Este produto deve ser utilizado estéril. Não esterilizar sob calor seco (estufa), sempre utilizar autoclave a vapor e pressão;

- Não se recomenda a esterilização química;
- Não autoclavar as brocas em sua embalagem original;
- Deve-se ter cuidado na higienização das brocas por se tratar de instrumento metálico cortante, para não sofrer qualquer tipo de trauma físico;
- Certifique-se de utilizar a broca compatível com a sequência de brocas indicada de acordo com as dimensões do implante planejado;
- As brocas não devem ser reafiadas;
- A não substituição da broca, como recomendado pela AllPrime Select, pode gerar aquecimento ósseo indevido, comprometendo o sucedido procedimento. As brocas não devem estar com sua afiação comprometida. Consultar o item “Vida Útil” ao final deste manual de instruções;
- Devido a abertura reduzida de boca na região posterior, a utilização das brocas cirúrgicas pode ser dificultada;
- Antes de cada procedimento verifique as condições dos instrumentais AllPrime Select, respeitando sempre sua vida útil. Substitua os instrumentais em caso de dano, marcações apagadas, deformações e desgaste;
- Antes de cada procedimento, certifique-se do perfeito encaixe da broca no contra ângulo, caso contrário pode ocorrer a deformação ou até a quebra da broca na perfuração;
- O uso de força excessiva pode comprometer o ato cirúrgico;
- Utilize sempre a sequência de produtos AllPrime Select. A utilização de instrumental e/ou componentes de outros fabricantes não garante perfeita função do sistema de implante AllPrime Select e isenta qualquer garantia do produto.

Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países.

Favor contactar seu distribuidor autorizado.

#### **EFEITOS ADVERSOS**

Efeitos adversos somente ocorrerão se a escolha do instrumental ou seu manuseio for inadequada, o que pode ocasionar uma perfuração malsucedida e até danos ao paciente

#### **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

O produto deve ser armazenado em local seco e na embalagem original, em temperatura ambiente e não expor a luz solar direta. O armazenamento incorreto pode influenciar as características originais da embalagem e do produto.

#### **DESCARTE DE MATERIAIS**

O profissional deve sempre avaliar as condições dos instrumentais após cada utilização, e sendo detectado que o instrumental apresente dano, marcações apagadas, deformações e desgaste, devem ser descartados de acordo com as normas vigentes, obedecendo aos requisitos ambientais e ao critério de produtos potencialmente perigosos, levando em consideração os diferentes níveis de contaminação, riscos físicos e coleta seletiva.

#### **VIDA ÚTIL**

Este produto é recomendado para até 30 utilizações, desde que respeitadas as condições de uso recomendadas pela AllPrime Select. Independentemente do número de vezes que o instrumental foi utilizado, o profissional deve sempre avaliar as condições do instrumental após cada utilização.

#### **PRAZO DE VALIDADE**


Indicado no rótulo do produto.

This product has been designed to integrate clinical, mechanical and biological concepts, so, for best results it should only be used with original associated components according to AllPrime Select instructions and recommendations.

All procedures must be performed by qualified professionals such as Implantodontists, Periodontists, Prosthodontists and Oral Maxillofacial Surgeons.

**DESCRIPTION**

The Diamond surgical drill bits that make up the AllPrime Select surgical kit form a set of 8 drills designed to pierce the bone tissue to implant the implant. They are presented in 2 models: The drill spears and the helical drills. The drill launches at its active end, has spear-shaped tip with high cutting power. At the other end the boom drill has a counter-angle fitting. The stepped helical drills have at their active end a cylindrical profile and cutting geometry compatible with the macrostructure of the implants. At the tip of the active end we have a smaller cylindrical geometry, with the same diameter of the previous drill, which serves as a guide for the posterior drilling. At the other end the helical drills also have the counter-angle fitting. All drill bits have laser markings that determine the depth of the drilling according to the lengths of the implants (see image below). In its central part, the drills have a larger diameter ring, which serves as the mechanical stop of the depth limiter.



Diamond surgical drill bits receive the application of a thin biocompatible carbon coating that imparts dark coloration to the cutting surface. This film has as main purposes:

- Increased resistance to oxidation;
- Reduced friction between drill and bone;
- Increased wear resistance;
- Reduction of the heat generated in the bone during the osteotomy;
- Optimization of the visualization of height markings;

The Diamond surgical drills that make up the AllPrime Select surgical kit are represented in the table below:

Sales Code	Model	Drill Diameter	Surgical Protocol Implant Ø	
			Bone Type I and II	Bone Type III and IV
9780677	Initial Drill	2,0	2,5	---
9780678	Stepped Twist Drill	2,5	3,0	---
9780679	Stepped Twist Drill	2,8	---	3,3-3,5
9780680	Stepped Twist Drill	3,2	3,3-3,5	---
9780681	Stepped Twist Drill	3,5	---	4,0
9780682	Stepped Twist Drill	3,8	4,0	---
9780683	Stepped Twist Drill	4,5	---	5,0
9780684	Stepped Twist Drill	4,8	5,0	---

The raw material used for Diamond surgical drill bits is tempered stainless steel surgical steel, conforming to ASTM F899.

**APPLICATION**

The Diamond initial drill is an instrument used for the demarcation and disruption of the cortical bone. Diamond stepped twist drills are used for bone drilling in the preparation of the artificial surgical alveolus for implant installation. The twist drills also work as pilot drills because they have a smaller cylindrical geometry at the end of the active tip, with the same diameter as the previous drill, which serves as a guide for later drilling. At the end, we will have a staggered drilling that will have a surgical alveolus suitable for the macro geometry of AllPrime Select implants.

**CONTRAINDICATIONS**

Diamond surgical drills do not present contraindications, provided they are used correctly for the purposes indicated.

**MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MR) – SAFETY INFORMATION**

These products are made from a metallic material that can be affected by MR energy.

For more information, see “Safety Information | Magnetic Resonance Imaging (MR)” at [www.allprimedental.com](http://www.allprimedental.com)

**HANDLING**

Once sterilized, the Diamond surgical drills should be used in compliance with all biosafety and surgical asepsis requirements.

All procedures must be performed by qualified professionals and the handling of the product is inherent in the training of the professional who will be responsible for using the instruments in the best possible way, respecting the AllPrime Select indications for each instrument.


Insert the drill into the counter-angle fitting and specific the rotation. Start the engine and drill the bone until the desired depth.

Important points in a bone drilling:

- o minimize surgical trauma, which is critical to the success of osseointegration of the implant, the sequence of drills must be respected, as well as irrigation with saline for bone cooling. See the drill sequencing in the updated AllPrime Select catalog or at [www.allprimedental.com](http://www.allprimedental.com).
- Avoid interrupting motor rotation with the drill bit inside the surgical cavity.

**SANITATION AND STERILIZATION**

Diamond surgical drills are reusable, provided non-sterile and should be sanitized and sterilized before and after use by following the steps mentioned in the link below:



**PRESENTATION**

Surgical drills are individually packaged in tyvek® surgical paper and transparent film display. The instrument undergoes a decontamination process that eliminates any type of dirtiness, but the sanitation process, described above, must be followed as soon as it's first used.

**PRECAUTIONS**

- Do not use if the product packaging is broken;
- This product should be used sterile. Do not sterilize under dry heat (stove). Always use steam and pressure autoclave;

- Chemical sterilization is not recommended;
- Do not autoclave the product in its original packaging;
- Should be careful in the drill sanitation process because it is a sharp metal instrument, avoiding any type of physical trauma;
- Be sure to use the drill compatible with the specified drill sequence according to the dimensions of the planned implant;
- Surgical drills should not be re-sharped;
- The non-replacement of a drill, as recommended by AllPrime Select, can generate undue bone heating, compromising the success of the procedure. The drills should not be with their sharpening committed. Refer to the "Life Cycle" section at the end of this instruction manual;
- Due to the reduced opening of the mouth in the posterior region, the use of the instrument may be difficult;
- Before each procedure, check the conditions of the AllPrime Select instruments, always respecting their useful life. Replace the instruments in case of damage, erasure, deformation and excessive wear.
- Before each procedure, make sure that the drill is perfectly coupled into the counter-angle, otherwise deformation or even breaking of the drill may occur;
- The use of excessive force can compromise the surgical act;
- Always use the sequence of AllPrime Select products. The use of instruments and /or components from other manufacturers and systems does not ensure the perfect function and exempts AllPrime Select from offering any product warranty.

#### **ADVERSE EFFECTS**

Adverse effects will only occur if the choice of instrument or its handling is inadequate, which can lead to unsuccessful of the drilling and even damage to the patient.

#### **STORAGE CONDITIONS**

The product should be stored in a dry place and in the original packaging at room temperature and not expose to direct sunlight. Incorrect storage may influence the original characteristics of the packaging and the product.

#### **DISPOSAL OF MATERIAL**

The professional must always evaluate the conditions of the instruments after each use. If the instrument is detected to be damaged, markings erased, deformed or excessive wear, must be disposed of in accordance with current regulations, complying with the environmental requirements and the criterion of potentially hazardous products, taking into account the different levels of contamination, physical risks and selective collection.

#### **LIFE CYCLE**

This product is recommended for up to 30 uses, provided that AllPrime Select- recommended conditions of use are followed. Regardless of the number of times the instrument has been used, the professional must always evaluate the instrument's conditions after each use.

#### **SHELF LIFE**

Written on the product label.

Not all products are available in all countries.


Please, contact the authorized distributor.

Este producto ha sido concebido integrando conceptos clínicos, mecánicos y biológicos, siendo así, para mejores resultados, debe ser utilizado solamente con componentes asociados originales de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de AllPrime Select.

Todos los procedimientos deben ser ejecutados por profesionales habilitados como Implantodontistas, Periodontistas, Protésistas y Cirujanos Buco Maxilo Facial.

**DESCRIPCIÓN**

Las brocas de diamante quirúrgicas que conforman el kit quirúrgico de AllPrime Select forman un conjunto de 8 taladros diseñados para perforar el tejido óseo para implantar el implante. Se presentan en 2 modelos: las brocas y los taladros helicoidales. El taladro se lanza en su extremo activo, tiene punta en forma de lanza con alto poder de corte. En el otro extremo, el taladro de la pluma tiene un ajuste de contra-ángulo. Los taladros helicoidales escalonados tienen en su extremo activo un perfil cilíndrico y una geometría de corte compatibles con la macroestructura de los implantes. En la punta del extremo activo tenemos una geometría cilíndrica más pequeña, con el mismo diámetro del taladro anterior, que sirve de guía para el taladro posterior. En el otro extremo, los taladros helicoidales también tienen el ajuste de contra-ángulo. Todas las brocas tienen marcas de láser que determinan la profundidad de la perforación según las longitudes de los implantes (vea la imagen a continuación). En su parte central, los taladros tienen un anillo de mayor diámetro, que sirve como tope mecánico del limitador de profundidad.



Las brocas de diamante quirúrgicas reciben la aplicación de un revestimiento de carbón biocompatible delgado que imparte una coloración oscura a la superficie de corte. Esta película tiene como objetivos principales:

- Mayor resistencia a la oxidación;
- Reducción de la fricción entre el taladro y el hueso;
- Mayor resistencia al desgaste;
- Reducción del calor generado en el hueso durante la osteotomía;
- Optimización de la visualización de marcas de altura;

Los ejercicios quirúrgicos de diamante que conforman el kit quirúrgico de AllPrime Select se presentan en la siguiente tabla:

Código de Venta	Modelo	Diámetro de la Perforación	Procedimiento Quirúrgico Ø Implante	
			Hueso I y Hueso II	Hueso III y Hueso IV
9780677	Fresa Lanza	2,0	2,5	---
9780678	Fresa Helicoidal	2,5	3,0	---
9780679	Fresa Helicoidal	2,8	---	3,3-3,5
9780680	Fresa Helicoidal	3,2	3,3-3,5	---
9780681	Fresa Helicoidal	3,5	---	4,0
9780682	Fresa Helicoidal	3,8	4,0	---
9780683	Fresa Helicoidal	4,5	---	5,0
9780684	Fresa Helicoidal	4,8	5,0	---

La materia prima utilizada para las brocas de diamante quirúrgicas es acero quirúrgico templado de acero inoxidable, conforme a ASTM F899.

**APLICACIÓN**

La fresa lanza Diamon es un instrumental utilizado para la demarcación y el rompimiento de la cortical ósea. Las fresas helicoidales escalonadas AllPrime Select se utilizan para la perforación ósea en la preparación del alvéolo quirúrgico artificial para la instalación del implante. Las fresas helicoidales también funcionan como fresas piloto, pues poseen en la punta del extremo activo, una geometría cilíndrica menor, con el mismo diámetro de la fresa anterior, que sirve de guía para la perforación posterior. Al final tendremos una perforación escalonada que tendrá una cavidad quirúrgica adecuada a la macro geometría de los implantes AllPrime Select.

**CONTRAINDICACIONES**

Las fresas quirúrgicas Diamond no presentan contraindicaciones, siempre que se utilicen correctamente para los fines indicados.

**IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA (RM) – INFORMACIONES**

Estos productos se fabrican en un material metálico que puede verse afectado por la energía de RM.

Para más información, consulte “Información de seguridad | Resonancia Magnética (RM)” en [www.allprimedental.com](http://www.allprimedental.com)

**MANIPULACIÓN**

Una vez esterilizada, la fresa quirúrgica Diamond deberá ser utilizada atendiendo todos los requisitos de bioseguridad y asepsia quirúrgica.

Todos los procedimientos deben ser ejecutados por profesionales habilitados y el manejo del producto es inherente a la formación del profesional que será responsable de utilizar los instrumentos de la mejor forma posible, respetando las indicaciones de AllPrime Select para cada instrumental.


Encaje la fresa en el contra ángulo y especifique la rotación. Accione el motor y ejecute la perforación en la profundidad deseada.

Puntos importantes en la perforación ósea:

- Para minimizar el trauma quirúrgico, que es fundamental para el éxito de la osteointegración del implante, la secuencia de fresas debe ser respetada, así como la irrigación con suero fisiológico para la refrigeración del hueso. Consulte la secuencia de las brocas en el catálogo de AllPrime Select actualizado en [www.allprimedental.com](http://www.allprimedental.com).
- Evite interrumpir la rotación del motor con la broca dentro de la cavidad quirúrgica.

**HIGIENIZACIÓN AND ESTERILIZACIÓN**

Las fresas quirúrgicas AllPrime Select son reutilizables, se venden no estériles y deben ser higienizados y esterilizados antes y después de ser utilizados, siguiendo el enlace abajo:



**FORMA DE PRESENTACIÓN**

Las fresas quirúrgicas AllPrime Select son acondicionados individualmente en embalaje de papel quirúrgico tipo tyvek® y display de película transparente. El instrumental sufre un proceso de descontaminación que elimina cualquier tipo de suciedad pero, el proceso de higienización, descrito arriba, debe ser seguido luego en la primera utilización.

**PRECAUCIONES**



- No utilizar si el embalaje está violado.
- Este producto debe utilizarse estéril. No esterilizar bajo calor seco (invernadero). Siempre utilizar autoclave a vapor y presión;
- No se recomienda la esterilización química;
- No autoclavar el producto en su embalaje original;
- Se debe tener cuidado en la higienización de las fresas por tratarse de instrumento metálico cortante, para no sufrir ningún tipo de trauma físico;
- Asegúrese de utilizar la fresa compatible con la secuencia de brocas indicada de acuerdo con las dimensiones del implante planificado;
- Las fresas quirúrgicas no deben ser reafiladas;
- La no sustitución de la fresa, según lo recomendado por AllPrime Select, puede generar calentamiento óseo indebido, comprometiendo el éxito del procedimiento. Las fresas no deben estar con su afilado comprometido. Consulte el ítem "Vida útil" al final de este manual de instrucciones;
- Debido a la apertura reducida de boca en la región posterior, la utilización del instrumento puede ser dificultada;
- Antes de cada procedimiento, verifique las condiciones de los instrumentos AllPrime Select, respetando siempre su vida útil. Sustituir los instrumentos en caso de daño, marcados apagados, deformaciones y desgaste;
- Antes de cada procedimiento, asegúrese del perfecto encaje de la fresa en el contra-ángulo, de lo contrario puede ocurrir la deformación o hasta el rompimiento de la broca en la perforación;
- El uso de fuerza excesiva puede comprometer el procedimiento;
- Utilice siempre la secuencia de productos AllPrime Select. La utilización de instrumental y / o componentes de otros fabricantes no garantiza la perfecta función del sistema de implante AllPrime Select y exenta cualquier garantía del producto.

#### EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos sólo ocurrirán si la elección del instrumental o su manejo es inadecuada, lo que puede ocasionar una perforación incorrecta y hasta daños al paciente.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse en lugar seco y en el embalaje original, a temperatura ambiente y no exponer la luz solar directa. El almacenamiento incorrecto puede influir en las características originales del embalaje y del producto.

#### DESCARTE DE MATERIALES

El profesional siempre debe evaluar las condiciones de los instrumentos después de cada uso. Si se detecta que el instrumental presenta daño, marcas apagadas, deformaciones o desgaste, deben ser descartadas de acuerdo con las normas vigentes, obedeciendo a los requisitos ambientales y al criterio de productos potencialmente peligrosos, teniendo en cuenta los diferentes niveles de contaminación, riesgos físicos y recolección selectiva.

#### VIDA ÚTIL

Este producto es recomendado para hasta 30 usos, desde que sean respetadas las condiciones de uso recomendadas por AllPrime Select. Independiente del número de veces que el instrumento fue utilizado, el profesional debe evaluar siempre las condiciones del instrumento después de cada uso.

#### PERÍODO DE VALIDEZ

Indicado en la etiqueta del producto.

No todos los productos están disponibles en todos los países.

Por favor, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.